

Kundendaten	Auftraggeber: Gerät: Maschinen-Typ: Maschinen-Nr.:	Mustermann GmbH Luftschrauber Luftschrauber 123456789
Kalibrierung	Prüfer: Prüfdatum: Prüflabor:	Sebastian Walter 11.03.2009 i.e. Industrieelektronik GmbH Unterlettenweg 4 85051 Ingolstadt
Meßkette	Meßwertaufnehmer: Auswerteelektronik: Software-Version: Sonstiges:	T060 SDMS 100 T068 IFcalibra/u 2020 SN 120 3.5L ---
Rückführbarkeit	Nationale Normale: Toleranzen:	Alle ausgewiesenen Messwerte wurden auf einer Prüfeinrichtung ermittelt, deren einzelnen Messmittel einer regelmäßigen Prüfung unterliegen. Damit ist die Rückführbarkeit auf nationale Normale gemäß ISO 9001 ff gewährleistet. Dokumentation gemäß Anlage KV. Siehe Anlage KV
Sonst. Prüfungen	Winkelfunktion: E-Check: Optisch: Dichtigkeit:	nicht zutreffend/anwendbar nicht zutreffend/anwendbar keine Beanstandungen keine Beanstandungen
Hinweise	---	---
Gültigkeit	Dauer: Auflagen:	Die Gültigkeit dieses Werkskalibrierscheins beträgt 1 Jahr. Der Betreiber ist für die rechtzeitige Neukalibrierung verantwortlich. Dieser Werkskalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge bedürfen der Genehmigung des Ausstellers. Werkskalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit.

Datum: 11.03.2009 Unterschrift:

